



T.C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü



Sayı : E-99488545-518.99
Konu : Sahte Ürün Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 06/01/2021 tarihli ve 24931227-E-42864235-511-309629 sayılı yazısı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ilgi tarih sayılı yazısı ekte gönderilmiş olup konu hakkında ilgili personelin bilgilendirilmesi ve sahte ürünün tespiti halinde, tedarikine ilişkin fatura örneğinin ivedi olarak Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;

Gereğini arz/rica ederim

Prof. Dr. Uğur BİLGE
İl Sağlık Müdürü

Ek: İlgi yazı

Dağıtım;

- 1-Özel Hastaneler
- 2- Kamu Hastaneleri
- 3-9.Bölge Eskişehir Eczacılar Odası
- 4-Ecza Depoları
- 5- Özel Tıp-Dal Merkezi
- 6- OSGÜ Tıp. Fak. Hastanesi
- 7- OSGÜ Dış Hekimliği Fakültesi
- 8- Halk Sağlığı Başk.
- 9- Destek Hiz. Başk.
- 10-Özel Muayenehaneler

Kırmızı Toprak Mahallesi Mustafa Kemal ATATÜRK Caddesi No:59
Odunpazarı/ESKİŞEHİR

Telefon: Faks No: 02222303089 Dahili: 1337

e-Posta: yilmaz.bayindir@saglik.gov.tr İnternet Adresi: Yılmaz BAYINDIR

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 1e46b091-aff4-4913-8c2e-50b3fdcfdd3f kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Yılmaz BAYINDIR

SAĞLIK MEMURU

Telefon No: (0 222) 320 10 12

15.01.2021



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı : E-42864235-511-309629
Konu : Sahte Ürün

NORMAL
06.01.2021

.....VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Kurum Başkanlığımıza yapılan bildirimde; üretici Ethicon Sarl tarafından üretilen ve Johnson & Johnson Medikal San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ithalatı yapılan Surgicel Emilebilir Hemostat (Oksidize Rejenere Sefüloz) adlı ürünün, sahtesinin yapılarak piyasaya arz edildiği, sahte ürün üzerinde yer alan 1903GB ürün kod numarası, 5440124 lot numarası ve buna paralel ürün üzerine basılmış 30.09.2023 son kullanma tarih bilgilerinin üretici firmaya ait olmadığı, yanı sıra sahte ürüne iliştilen 10806042072860 barkod numarasının üreticiye ait olmadığı bilgisi verilmiş olup Ürün Takip Sisteminde 10806042072860 barkod numarası üzerinden yapılan ürün sorgulamasında da, her hangi bir kaydın bulunmadığı görülmüştür.

Yukarıda bilgisi verilen sahte ürünün, her hangi bir uygunluk değerlendirme işleminden geçmediği ve ürün belgelendirmesinin yapılmadığı göz önünde bulundurulduğunda; ürünün güvensiz olduğu ve kullanılması durumunda hasta sağlığını tehlikeye düşürebileceği, hatta telafisi mümkün olmayan sonuçlar meydana gelebileceği öngörüldüğünden, derhal kullanımının engellenmesi, bu hususta gerekli tedbirlerin alınması, Müdürlüğünüz sorumluluk alanı içerisinde kalan tüm resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ile buralarda hizmet veren ilgili tüm personele konu hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılması, sahte ürünün tespiti halinde, tedarikine ilişkin fatura örneğinin ivedi olarak Kurum Başkanlığımıza gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Eray KAPLAN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı

Dağıtım: 81 İl Sağlık Müdürlüğü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0YnUyZW56Q3NRZmxXYnUyS3k0ZW56

Belge Takip Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-titck-ehys>

Söğütözü Mahallesi, 2176 Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA

Telefon No: (0 312) 218 30 00 Faks No: (0 312) 218 34 60

e-Posta: halkla.iliskiler@titck.gov.tr İnternet Adresi: <https://www.titck.gov.tr>

Kep Adresi: titck@hs01.kep.tr

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 1e46b091-aff4-4913-8c2c-50b3fdeff3f kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.